

Pruszków, dnia 08.05.2019 roku

Nr postępowania: ZP.272.11.2019

Wykonawcy w postępowaniu

Zmiany SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę i modernizację Szpitala Powiatowego w Pruszkowie – Etap II

Zamawiający, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że

1. Pkt. III.2 SIWZ o brzmieniu W ramach prawa opcji przedmiotem zamówienia będzie zaprojektowanie i budowa wnętrza parteru budynku otrzymuje nowe następujące brzmienie: Zamawiający informuje, iż przewiduje zaprojektowanie i budowę wnętrza parteru budynku na podstawie innego postępowania. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż numerycznie powinien być to 3 ust. SIWZ, ale w wyniku omyłki sklasyfikowany został jako ust. 2
2. Pkt. V.2.2) SIWZ otrzymuje następujące nowe brzmienie:
 - a) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną 20.000.000,00 zł.
 - b) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 20.000.000,00 zł.
 - c) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że osiągnął w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w każdym roku prowadzenia działalności, obroty rozumiane jako przychód netto ze sprzedaży w wysokości nie mniejszej niż 20.000.000,00 PLN

UWAGA!

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) lub korzystających z zasobu podmiotów trzecich, warunki, o których mowa w niniejszym rozdziale zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli jeden z wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie. Nie sumuje się sytuacji finansowej i ekonomicznej.

3. Pkt. V.2.3) SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- a) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej:
 - trzy roboty budowlane polegające na budowie budynku użyteczności publicznej o minimalnej kubaturze 10.000,00 m³, który został bezpośrednio połączony z istniejącym już budynkiem, w tym dwa zamówienia o minimalnej wartości zadania co najmniej 13.000.000,00 PLN brutto każda,

oraz

- jedna robota budowlana polegająca na budowie budynku użyteczności publicznej w formule zaprojektuj i wybuduj o minimalnej kubaturze 10.000,00 m³ i minimalnej wartości zadania 10.000.000,00 zł brutto każda.

UWAGA:

W przypadku, gdy zamówienie, w zakres którego wchodziły roboty budowlane, o których mowa powyżej, były realizowane przez wykonawcę wspólnie z innym podmiotem (tj. konsorcjum), nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu faktycznie uczestniczył w realizacji ww. zakresu robót budowlanych.

W przypadku, gdy podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się wykonawca, realizował zamówienie, w zakres którego wchodziły roboty budowlane określone powyżej wspólnie z innym podmiotem (tj. konsorcjum), nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby podmiot trzeci udostępniający potencjał wykonawcy faktycznie uczestniczył w realizacji ww. zakresu robót budowlanych.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) lub korzystających z zasobu podmiotów trzecich, warunki, o których mowa w niniejszym rozdziale zostaną spełnione wyłącznie jeżeli jeden z wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie. Nie sumuje się wykonanych robót budowlanych (doświadczenia zawodowego).

b) skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby:

- kierownika budowy który posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniające do kierowania budową lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz nie mniej niż 10-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń liczone od dnia uzyskania uprawnień, w tym w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektu szpitalnego;
- kierownika robót elektrycznych, który posiada uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniające do kierowania robotami lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień.
- kierownika robót sanitarnych, który posiada uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniające do kierowania robotami lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień.
- kierownika robót teletechnicznych, który posiada uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych uprawniające do kierowania robotami lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień.
- min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji projektanta w specjalności architektonicznej,
- min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
- min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych,
- min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,

Wskazany wyżej wykaz personelu Wykonawcy stanowi jedynie minimalne wymagania dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W celu wykonania zamówienia Wykonawca, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, winien zapewnić udział w jego realizacji zarówno projektantów innych branż, potrzebnych do opracowania projektu, jak i innych specjalistów, których udział w realizacji zamówienia będzie niezbędny.

Zamawiający dopuszcza powierzenie tej samej osobie pełnienia więcej niż jednej funkcji, pod warunkiem, że osoba ta spełnia wszystkie wymagania przypisane funkcjom.

4. Pkt. XIV SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium: cena – znaczenie 60%

Kryterium: rękojmia za wady i gwarancja na sprzęt – znaczenie 10 %

Kryterium: jakość i funkcjonalność – znaczenie 30%

1. Kryterium: cena – znaczenie 60%

Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

$$X = \frac{C_{\min}}{C_o} \times 60 \text{ pkt.}$$

gdzie:

X – wartość punktowa ocenianego kryterium **C**

min – najniższa cena ze złożonych ofert **Co** –
cena ocenianej oferty

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt w ramach niniejszego kryterium.

2. Kryterium: rękojmia za wady i gwarancja na sprzęt – znaczenie 10%

Pod pojęciem „rękojmia za wady i gwarancja na sprzęt” Zamawiający rozumie rękojmię za wady i gwarancję jakości za wady/usterki fizyczne, zmniejszające wartość użytkową, techniczną lub estetyczną, na zamontowany sprzęt.

W ramach przedmiotowego kryterium Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów:

Za termin gwarancji:

min. 24 miesiące - 0 pkt.

min. 36 miesięcy - 5 pkt.

min. 48 miesięcy - 10 pkt.

W przypadku niezpełnienia w druku oferty pola „rękojmia za wady i gwarancja na sprzęt” Wykonawca otrzyma 0 punktów. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

W przypadku wpisania innych wartości niż wymagane przez Zamawiającego w polu „rękojmia za wady i gwarancja na sprzęt” Wykonawca otrzyma 0 pkt.

W przypadku wpisania wartości poniżej 24 miesięcy oferta zostanie odrzucona **Wykonawca**

może uzyskać maksymalnie 10 pkt w ramach niniejszego kryterium.

3. Kryterium: jakość i funkcjonalność - znaczenie 30%

Ocena ofert w kryterium „Jakość i funkcjonalność (J)” dokonana zostanie na podstawie podanych w formularzu ofertowym informacji o jakości i funkcjonalnościach/parametrach technicznych urządzeń, oraz dodatkowo potwierdzonych w załączonych do oferty kartach materiałowych, a w przypadku ich niewystępowania - specyfikacjach technicznych produktów.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego wartość ocenianego parametru lub w przedstawionym dokumencie nie będzie potwierdzenia parametru wówczas Zamawiający nie przyzna punktu za przedmiotowy paramet.

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 30 pkt w ramach niniejszego kryterium.

I. PANELE

a) Możliwość wyboru przez użytkownika kolorystyki dla poszczególnych pokryw/kanału/bocznych elementów zakończeniowych:

Poniżej 10 kolorów - 0pkt

Powyżej 10 kolorów - 5pkt

b) Możliwość rozbudowy panelu o dodatkowe gniazda gazów medycznych i/lub elektrycznych bez konieczności demontażu panelu

Parametr „lub” - 0pkt

Parametr „ i „ - 5pkt

c) Głębokość panelu bez szyn sprzętowych maksymalnie 75mm

Poniżej 71 mm - 5pkt

Powyżej 71 mm - 0pkt

d) Wysokość panelu maksymalnie 300 mm

Poniżej 270 mm - 5pkt

Powyżej 270 mm - 0pkt

II PANEL PRZYŁÓŻKOWY 100W

a) Możliwość wyboru przez użytkownika kolorystyki dla poszczególnych pokryw/kanału/bocznych elementów zakończeniowych

Poniżej 10 kolorów - 0pkt

Powyżej 10 kolorów - 5pkt

b) Możliwość rozbudowy panelu o dodatkowe gniazda gazów medycznych i/lub elektrycznych bez konieczności demontażu panelu

Parametr „lub” - 0pkt

Parametr „ i „ - 5pkt

c) Głębokość panelu maksymalnie 75mm

Poniżej 71 mm - 5pkt

Powyżej 71 mm - 0pkt

d) Wysokość panelu maksymalnie 300 mm

Poniżej 270 mm - 5pkt

Powyżej 270 mm - 0pkt

III. KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA

a) Poziome ramię zmotoryzowane umożliwiające zmianę wysokości zawieszenia głowicy zasilającej.

Ramię sprężynowe – 0 pkt

Ramię zmotoryzowane – 5 pkt

b) Półka o wymiarach min. 500mm x 430mm z udźwigiem min 40kg,

500x430mm – 0 pkt

Parametr rozszerzony – 5 pkt

c) Opcjonalnie budowa kolumny zapewniająca mniejsze zużycie przestrzeni na sali operacyjnej dzięki zawiesiu w punkcie centralnym, a nie na tylnym panelu kolumny.

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

d) Opcjonalnie dodatkowa szyna okalająca konsolę kolumny z min 3 stron pozwalająca na zamontowanie dodatkowych akcesoriów.

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

e) Opcjonalnie kolumna wyposażona w oświetlenie sali operacyjnej (oświetlenie ambientowe). Kolor oświetlenia ustawiany z panelu dotykowego LED pozwalający na dowolny wybór.

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

IV. KOLUMNA CHIRURGICZNA

a) Półki o wymiarach min. 500mm x 430mm z udźwigiem min. 40kg

500x430mm – 0 pkt

Parametr rozszerzony – 5 pkt

b) Opcjonalnie budowa kolumny zapewniająca mniejsze zużycie przestrzeni na sali operacyjnej dzięki zawiesiu w punkcie centralnym, a nie na tylnym panelu kolumny.

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

c) Opcjonalnie dodatkowa szyna okalająca konsolę kolumny z min 3 stron pozwalająca na zamontowanie dodatkowych akcesoriów.

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

V. MOSTY

a) Możliwość wyboru przez użytkownika kolorystyki dla poszczególnych pokryw/kanału/bocznych elementów zakończeniowych

Poniżej 10 kolorów - 0pkt

Powyżej 10 kolorów - 5pkt

b) Możliwość rozbudowy mostu o dodatkowe gniazda gazów medycznych i/lub elektrycznych bez konieczności demontażu panelu

Parametr „lub” - 0pkt

Parametr „i „ - 5pkt

VI. URZĄDZENIE: LAMPA STATYWOWA/ŚCIENNA JEDNOREFLEKTOROWA

a) Źródło światła – diody LED – maksymalny pobór mocy przez lampę 80 W.

=<40W – 5 pkt

>40W – 0 pkt

b). Natężenie światła kopuły min. 50 klux

<=70klux – 0 pkt

>70klux – 5 pkt

c) Temperatura barwowa nie mniejsza niż 4300K

<=4500K – 0 pkt

>4500K – 5 pkt

d) Kopuła lampy wyposażona w uchwyty umieszczone na zewnętrznych poszczególnych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lampy niezależnie od jej położenia.

Uchwyty wykonane jako osobny pręt okalający całą czaszę lampy, uchwyt z otworem umożliwiającym

wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie, co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły,

lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami każdej z kopuł także wyposażone w otwory umożliwiające

wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie, co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły.

Uchwyt prętowy – 5 pkt

Uchwyty zintegrowane – 0 pkt

- e) Opcjonalnie regulacja natężenia światła
Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt

VII. URZĄDZENIE: LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA JEDNOREFLEKTOROWA

- a) Źródło światła – diody LED – maksymalny pobór mocy przez lampę 90 W.
<70W – 5 pkt
≥70W – 0 pkt
- b) Konstrukcja czaszy zwarta jednolita, lub składająca się z segmentów. Dolna powierzchnia czaszy zabezpieczona szybą lub szybami wykonanymi ze szkła bezpiecznego, łatwymi do utrzymania w czystości
Konstrukcja zwarta – 5 pkt
Konstrukcja segmentowa – 0 pkt
- c) Natężenie kopuły głównej min. 140 klux
<160klux – 0 pkt
≥160klux – 5 pkt
- d) Temperatura barwowa stała, lub regulowana w zakresie min od 3800K do 4800 K
Stać – 0 pkt
Regulowana – 5 pkt
- e) Współczynnik oddawania barw dla kopuły głównej Ra nie mniejszy niż 96
96 – 0 pkt
≥97 – 5 pkt
- f) Współczynnik oddawania barw dla kopuły głównej R9 nie mniejszy niż 97
97 – 0 pkt
≥98 – 5 pkt
- g) Wgłębność oświetlenia (L1+L2 =20%) nie mniejsza niż 100 cm
<150 – 0 pkt
≥150 – 5 pkt
- h) Kopuła lampy wyposażona minimum w trzy uchwyty umieszczone na zewnętrznych poszczególnych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lampy niezależnie od jej położenia. Wykonane jako uchwyty prętowe w obwodzie kopuły z otworem umożliwiającym wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie, co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami każdej z kopuł także wyposażone w otwory umożliwiające wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie, co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły.
Uchwyt prętowy – 5 pkt
Uchwyty zintegrowane – 0 pkt
- i) Regulacja natężenia światła w zakresie min. 30 do 100%
30 -100% - 0 pkt
Parametr rozszerzony – 5 pkt
- j) Regulacja natężenia realizowana z sterownika przy kopule i z pilota bezprzewodowego – regulacja płynna, lub stopniowa
Regulacja płynna – 5 pkt
Regulacja stopniowa – 0 pkt
- k) Funkcja oświetlenia endo w postaci zielonego światła typu LED (minimum 6 diod) i/lub możliwości ustawienia natężenie światła białego na 10% maksymalnej wartości. Oświetlenie endo uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na lampie
10% maksymalnej wartości natężenia – 0 pkt
Zielone diody LED – 5 pkt
Oba rozwiązania – 10 pkt

VIII. LAMPA OPERACYJNA DWUCZASZOWA

- a) Źródło światła – diody LED – maksymalny pobór mocy przez lampę 90 W.
<70W – 5 pkt

$\geq 70W$ – 0 pkt

b) Konstrukcja czasz zwarta jednolita, lub składająca się z segmentów. Dolna powierzchnia czaszy zabezpieczona szybą lub szybami wykonanymi ze szkła bezpiecznego, łatwymi do utrzymania w czystości
Konstrukcja zwarta – 5 pkt

Konstrukcja segmentowa – 0 pkt

c) Natężenie kopuł min. 140 klux

$< 160\text{klux}$ – 0 pkt

$\geq 160\text{klux}$ – 5 pkt

d) Temperatura barwowa stała, lub regulowana w zakresie min od 3800 do 4800 K

Stać – 0 pkt

Regulowana – 5 pkt

e) Współczynnik oddawania barw dla kopuły głównej R_a nie mniejszy niż 96

96 – 0 pkt

≥ 97 – 5 pkt

f) Współczynnik oddawania barw dla kopuły głównej R_9 nie mniejszy niż 97

97 – 0 pkt

≥ 98 – 5 pkt

g) Wgłębność oświetlenia ($L_1 + L_2 = 20\%$) nie mniejsza niż 100 cm

< 150 – 0 pkt

≥ 150 – 5 pkt

h) Kopuła lampy wyposażona minimum w trzy uchwyty umieszczone na zewnętrznych poszczególnych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lampy niezależnie od jej położenia. Wykonane jako uchwyty prętowe w obwodzie kopuły z otworem umożliwiającym wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami każdej z kopuł także wyposażone w otwory umożliwiające wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły.

Uchwyt prętowy – 5 pkt

Uchwyty zintegrowane – 0 pkt

i) Regulacja natężenia światła w zakresie min. 30 do 100%

30 -100% - 0 pkt

Parametr rozszerzony – 5 pkt

j) Regulacja natężenia realizowana z sterownika przy kopule i z pilota bezprzewodowego – regulacja płynna, lub stopniowa

Regulacja płynna – 5 pkt

Regulacja stopniowa – 0 pkt

k) Funkcja oświetlenia endo w postaci zielonego światła typu LED (minimum 6 diod) i/lub możliwości ustawienia natężenie światła białego na 10% maksymalnej wartości. Oświetlenie endo uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na lampie

10% maksymalnej wartości natężenia – 0 pkt

Zielone diody LED – 5 pkt

Oba rozwiązania – 10 pkt

l) Opcjonalnie: Sterownik do kontrolujący przy każdej kopule, pozwalający na kontrolę obu czasz.

Tak – 5 pkt

Nie – 0 pkt

IX. SYSTEM PRZYWOŁAWCZY

a) Gniazdo i manipulator systemu montowanego w panelach nad łóżkowymi zapewniające sterowania oświetleniem miejscowym i nocnym.

Gniazdo z wbudowanymi przekaźnikami (niskonapięciowymi) sterującymi - 10 pkt

Gniazdo bez wbudowanych przekaźników (niskonapięciowych) - 0pkt

b) Manipulator wyposażony w diody sygnalizujące nadanie wezwania i/lub wytłoczony napis „SOS” alfabetem Braille’a

Parametr „lub” - 0pkt
Parametr „i” - 10 pkt
c) System przewodowy
Okablowanie poniżej 3 żył - 10 pkt
Okablowanie powyżej 3 żył - 0 pkt

L.p.	Nazwa pakietu	Liczba możliwych do uzyskania punktów
1	Panele	20
2	Panel przyłóżkowy 100W	20
3	Kolumna anestezyjologiczna	40
4	Kolumna chirurgiczna	25
5	Mosty	10
6	URZĄDZENIE: LAMPA STATYWOWA/ŚCIENNA JEDNOREFLEKTOROWA	30
7	URZĄDZENIE: LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA JEDNOREFLEKTOROWA	60
8	Lampa operacyjna dwuczaszowa	65
9	System przywoławczy	30
Razem		300

Uzyskanie w kryterium „Jakość i funkcjonalność ”:

- od 0 do 100 pkt daje 5pkt w ocenie końcowej kryterium
- od 101 do 200 pkt daje 10pkt w ocenie końcowej kryterium
- od 201 do 280 pkt daje 20pkt w ocenie końcowej kryterium
- od 281 do 300 pkt daje 30pkt w ocenie końcowej kryterium

Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium „cena” oraz kryterium „rękojmia za wady i gwarancja na sprzęt” oraz kryterium „jakość i funkcjonalność”.

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Dokonuje zmiany pliku formularza pod nazwą „sprzęt montażowy” zawartego w Załączniku nr 11 do SIWZ. Aktualna treść pliku zawarta jest na stronie postępowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje odpowiednich zmian w zakresie formularza oferty, wynikających ze zmian wprowadzonych niniejszym pismem.

W związku z powyższym na stronie zamieszczona jest treść jednolita SIWZ i załączników

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej
/-/ Grzegorz Bełowski