

Nr postępowania: ZP.272.02.2020**Wykonawcy w postępowaniu****Odpowiedzi na pytania****Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wyrobów medycznych**

Zamawiający, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia pytania wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 2, pozycja 1** serwetki 70x80 cm z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze min. 40g/m².

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 22, pozycja 1** Zestawu serwet do małoinwazyjnych zabiegów w obrębie dłoni i stopy wykonanego z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej o gramaturze min. 25 g/m² i hydrofilowej włókniny polipropylenowej o łącznej gramaturze foli i włókniny min.48 g/m²).

1 x serweta operacyjna główna 200x300 cm z samouszczelniającym się otworem 3,5 cm położonym decen-tralnie

1 x serweta operacyjna 120x150 cm.

Pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 22, pozycja 2** Zestaw serwet do porodu naturalnego o składzie:

1 x serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki min. 70cm x 100 cm z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę i zintegrowanym przeźroczystym workiem do zbiórki płynów, wykonanym z folii PE

1 x serweta 2-warstwowa 75 cm x 90 cm

1 x serweta dla noworodka 70 cm x 80 cm - 1 szt.

1 x serweta 2-warstwowa 100 cm x 150 cm (owinięcie zestawu)

10 x kompresy włókninowe 10 cm x 10 cm

1 x ręcznik 30 cm x 35 cm .

Owinięcie zestawu i obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej o grama-turze min. 25 g/m² i hydrofilowej włókniny polipropylenowej o łącznej gramaturze foli i włókniny min.48 g/m². Serwetka dla noworodka wykonana z miękkiej włókniny bawełnopodobnej. Materiał spełnia wymaga-nia PN EN 13795 dla obłożenia chirurgicznych. Wytrzymałość laminatu na wypychanie na sucho min. 150 kPa, na mokro min. 150 kPa. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności. Sterylny, jednorazowego użytku.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 21, pozycja 1, 2** serwety samo-przylepnej o wym. 180x200 cm zamiast 175 cm -180 cm x 180 cm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza w pak. 21 poz. 1 i 2 serwetę o wymiarze 180 cm x 200 cm w miejsce 175 cm -180 cm x 180 cm, pozostałe wymagania pozostają zgodne z SIWZ

Pytanie nr 5

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 21, pozycja 1, 2, 4, 5, 6** ręczników 30x35 cm.

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza w pak. 21 poz. 1,2,4,5 - 6 ręczników o wymiarach 30 cm x 35 cm , pozo-stałe wymagania pozostają zgodne z SIWZ

Pytanie nr 6

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 21, pozycja 1, 2, 3, 4, 5, 6** osłony na stół Mayo 80x140 cm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza w pak. 21 poz. 1,2,3,4,5 6 serwetę na stół Mayo o wymiarach 80 cm x140 cm, pozostałe wymagania pozostają zgodne z SIWZ

Pytanie nr 7

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 21, pozycja 2** Zestaw serwet uniwersalny, wzmocniony, obłożenie wykonane z trójwarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS. Gramatura włókniny podstawowej min.51 g/m². Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet łata chłonna z laminatu o wymiarach min. 20 x 50cm. Całkowita gramatura części podstawowej i łaty chłonnej min. 106 g/m².

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 8

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 21, pozycja 2** serwetę samoprzylepnej operacyjnej wzmocnionej o wym. 150x240 cm, zintegrowane dwa organizery przewodów, z niedzielnym paskiem samoprzylepnym 5x80 cm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 9

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 21, pozycja 3** serwetę głównej 200x300 cm z otworem wypełnionym w całości folią chirurgiczną 30 x 25 cm, zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów, z zaworem odpływowym z możliwością podłączenia do ssaka, 2 zintegrowane z serwetą organizery przewodów.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 10

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 21, pozycja 3** serwetki dla noworodka 70x80 cm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 11

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 21, pozycja 3** Zestawu serwet do cięcia cesarskiego, materiał min 2-u warstwowy, chłonny na całej powierzchni, o nieprzemakalności min. 960 cmH₂O.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 12

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 21, pozycja 3** osłony Mayo ze wzmocnieniem z włókniny wiskozowej o gramaturze 36g/m², wykonany z folii o grubości PE 0,07mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 13

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 21, pozycja 4** serwetę ginekologiczną 200 cm x 265 cm z samoprzylepnym otworem krocowym (15 cm x 25 cm), stożkowy zbiornik z separatorem części stałych od płynnych oraz zaworem odprowadzającym płyny, zintegrowane z serwetą osłony na kończyny,

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 21, pozycja 4 serwetę ginekologiczną w rozmiarze 200 cm x 265 cm z samoprzylepnym otworem krocowym (15 cm x 25 cm), stożkowy zbiornik z separatorem części stałych od płynnych oraz zaworem odprowadzającym płyny, zintegrowane z serwetą osłony na kończyny

Pytanie nr 14

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 21, pozycja 5** obłożeń wykonanych z trójwarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS. Gramatura włókniny podstawowej min.51 g/m². Całkowita gramatura części podstawowej i łaty chłonnej (laminat) min. 106 g/m².

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 15

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 21, pozycja 5** serwetę operacyjnej wzmocnionej samoprzylepnej (ekran anestetyczny) 200 cm x 260 cm z wycięciem "U" 20 cm x 60 cm, osłony podpórki kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 16

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 21, pozycja 5** serwety operacyjnej wzmocnionej samoprzylepnej 200cm x260- 280 cm z wycięciem "U"9 cm x 105 cm ze zintegrowanymi uchwytyami do mocowania przewodów i drenów.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 17

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 21, pozycja 5** serwety na stolik Mayo 80 cm x 140 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6

Pytanie nr 18

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 21, pozycja 5** osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 120 cm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe, w Pakiecie nr 21, pozycja 5 osłonę ortopedyczną na kończynę w rozmiarze 33 cm x 120 cm.

Pytanie nr 19

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 21, pozycja 5** w zestawie taśmy włókninowej samoprzylepna 10 cm x 50 cm x 3 szt.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 20

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 21, pozycja 6** obłożeń wykonanych z trójwarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS. Gramatura włókniny podstawowej min.51 g/m². Całkowita gramatura części podstawowej i łaty chłonnej (laminat) min. 106 g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 21

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 21, pozycja 6** serwety brzuszno - kroczonej wzmocniona, 280 cm x 265 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne min. 125 cm, z przylepnym otworem w okolicy jamy brzusznej 25 cm x 30 cm ze zintegrowanymi 2 (poczwórnymi) uchwytami do przewodów i drenów; z przylepnym otworem na krocze 9 cm x 12 cm zabezpieczonym klapką.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 22 – dotyczy Pakietu nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 21 poz.1 zestawu serweta uniwersalnych minimalnie różniącego się od opisanego w SIWZ: serweta na stolik Mayo o szerokości 79cm, ręczniki do rąk o wymiarach 300,5x34cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 23 – dotyczy Pakietu nr 21 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 21 poz.2 niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet uniwersalny, wzmocniony, obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 60 g/m². Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 15 x 50cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 140 g/m².

Skład:

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Min 2 etykiety TAG do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające: kod kreskowy, nr serii i datę ważności oraz identyfikację dostawcy. Na opakowaniu zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik, sterylne.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**Pytanie nr 24 – dotyczy Pakietu nr 21 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 21 poz.3 niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet do cięcia cesarskiego, materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni, osłona Mayo ze wzmocnieniem, gramatura minimum 80g/m². Chłonność 458%.

Skład:

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego 180/250 x 330 cm z torbą na płyny 72 x 72 cm, folia operacyjna z otworem 18 x 16 cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta na stolik Mayo złożona w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, zestaw owinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki, opakowanie zewnętrzne typu folia-Tyvec, min. dwie naklejki z min. kodem kreskowym, nr serii i datą ważności. Zgodny z normą EN – 13795, sterylne, jednorazowego użytku

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**Pytanie nr 25 – dotyczy Pakietu nr 21 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 21 poz.3 niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet do cięcia cesarskiego, materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni, osłona Mayo ze wzmocnieniem, gramatura minimum 80g/m². Chłonność 458%.

Skład:

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego 230 x 330 cm z torbą na płyny 72 x 72 cm, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta na stolik Mayo złożona w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, zestaw owinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki, opakowanie zewnętrzne typu folia-Tyvec, min. dwie naklejki z min. kodem kreskowym, nr serii i datą ważności. Zgodny z normą EN – 13795, sterylne, jednorazowego użytku

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**Pytanie nr 26 – dotyczy Pakietu nr 21 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 21 poz.4 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do operacji ginekologicznych, z włókniny dwuwarstwowej włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa, nieprzemakalna, niestrzępiąca, niepyląca, gramatura 60 g/m², odporność na przenikanie cieczy 165 cm H₂O, chłonność 458%.

Skład:

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)

2 ręczniki do rąk

1 rzep 2,5 x 30 cm

1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 9 x 12 cm i torebką na płyny

1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 24 x 21cm ze zintegrowanymi nogawicami

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Opakowanie z zaznaczonym kierunkiem otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Opakowanie zewnętrzne typu folia-Tyvec, z oznaczeniem metody sterylizacji. Min 2 etykiety TAG do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające : kod kreskowy, nr serii i datę ważności oraz identyfikację dostawcy. Zgodność z normą EN – 13795, Sterylne, jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**Pytanie nr 27 – dotyczy Pakietu nr 21 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 21 poz.5 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do biodra/żylaków, obłożenie wykonane z laminatu trzy warstwowego: włóknina polipropylenowa,

folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 75 g/m², wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne, w serwecie anestezyjologicznej o wymiarach 25 cm x 60 cm, w serwecie głównej 75x140 cm.

Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 140 g/m².

Skład :

3 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 elastyczna osłona na kończynę 30 x 120 cm

1 elastyczny bandaż 12 cm x 6 m

2 przylepne serwety 75 x 90 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 przylepna serweta 180 x 180 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 przylepna serweta 150 x 240 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 100 cm z padem chłonnym 75 x 140 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz identyfikację dostawcy. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Sterylny

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 28 – dotyczy Pakietu nr 21 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 21 poz.6 niżej opisanego zestawu?

Zestaw brzuszno-kroczy, obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa, gramatura laminatu podstawowego 60 g/m².

Skład:

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta brzuszno-kroczyowa 215/240 x 350 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonięcia otworu, kiedy nie jest używany)

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz identyfikację dostawcy. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Sterylny

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 29 – dotyczy Pakietu nr 22 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 22 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet do małoinwazyjnych zabiegów w obrębie dłoni i stopy wykonany z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej o grubości 33µm i hydrofilowej włókniny polipropylenowej o łącznej gramaturze 60 g/m², z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m². Całkowita gramatura 140g/m²

Skład:

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Opakowanie zewnętrzne typu folia-Tyvec z zaznaczonym rodzajem sterylizacji. Min 2 etykiety TAG do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające min.: kod kreskowy, nr serii i datę ważności oraz identyfikację dostawcy. Zgodność z normą EN – 13795, Sterylny, jednorazowego użytku

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 30 – dotyczy Pakietu nr 22 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 22 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet do porodu naturalnego:

Skład :

6 ręczników do osuszania rąk 21 x 25 cm

- 1 podkład chłonny nieprzemakalny 60 x 60 cm
- 1 podkład chłonny nieprzemakalny 60 x 90 cm
- 1 serwetka do owinięcia dziecka 56 x 75 cm
- 1 serwetka do zabiegu szcicia 75 x 120 cm
- 1 serwetka do podłożenia pod rodzącą 90 x 150 cm

Owinięcie zestawu i obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej o grubości 33µm i hydrofilowej włókniny polipropylenowej o łącznej gramaturze 60 g/m². Serwetka dla noworodka wykonana z miękkiej włókniny typu spunlace. Materiał spełnia wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych. Wytrzymałość laminatu na wypychanie na sucho 168 kPa, na mokro 168 kPa

Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz identyfikację dostawcy. Sterylny, jednorazowego użytku

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 31 – dotyczy sposobu pakowania asortymentu jałowego

W związku z wejściem 26.05.2020 zapisów nowego rozporządzenia UE 2017/745 , a co za tym idzie wymagań dla dystrybutorów odnośnie dostaw w odpowiednich opakowaniach (dyspenser kartonowy + opakowanie kartonowe transportowe) zapewniających sterylność dostarczanych produktów w warunkach transportu, aż do otwarcia opakowania w miejscu zastosowania, zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w niniejszym postępowaniu asortyment był w ten sposób pakowany. Nie spełnienie bowiem zapisów nowego rozporządzenia na etapie składania ofert uniemożliwi z dniem wejścia nowych przepisów dostarczanie wyrobów sterylnych pakowanych inaczej aniżeli nakazuje rozporządzenie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytania dot. przedmiotu zamówienia:

Pakiet 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby asortyment zapakowany był w opakowania typu torebka papierowo-foliowa ze zgrzewem do otwierania w kształcie "V" i wycięciem na kciuk co dodatkowo ułatwia bezpyłowe otwieranie opakowania, zaopatrzone w etykiety zawierające pełną identyfikację wyrobu i składu (zgodnie z normą EN-PN980, EN-PN 1041), posiadały dwa samoprzylepne odcinki, etykiety umożliwiające przeklejenie do dokumentacji zabiegowej – zawierające informacje: LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności sterylności?

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 2:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu, w którym podkład chłonny posiada chłonność min. 2000 g (badanie ISO), czyli taki jaki jest obecnie użytkowany w szpitalu?

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 2, 4:

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia aktualnego raportu walidacji procesu sterylizacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w prawienie wymagań zasadniczych oraz procedur?

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 3 poz. 1-3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego fartucha chirurgicznego z włókniny typu SMS 35g/m² o specyfikacji: antystatyczny, I klasa palności wg 16 CFR 1610, rękawy proste zakończone niepyłającym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm, wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo, oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu, opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy, fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. W opakowaniu dodatkowo 2 ręczniczki. Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 4:

Czy Zamawiający wymaga, aby wyroby jałowe były sterylizowane parą wodną? Ta metoda sterylizacji wskazywana jest jako najbezpieczniejsza i zaleca się, aby stosować tę metodę sterylizacji tam gdzie jest to możliwe. Wg obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2019 r. będącym załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, wszystkie procesy sterylizacją muszą być zwalidowane, ponadto tam gdzie jest to możliwe, powinno stosować się sterylizację termiczną. Inne metody sterylizacji, np. EO, powinno mieć zastosowanie wtedy, gdy inne metody

sterylizacji nie są możliwe do zastosowania. W przypadku wyrobów z gazy można użyć procesu sterylizacji w parze wodnej.

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 5 poz. 1-3:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kompresów o wadze pojedynczego kompresu: rozmiar 5x5cm – 0,3g, rozmiar 7,5x7,5cm – 0,67g, rozmiar 10x10cm – 1,20g? Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia tego wymogu kartą danych technicznych?

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 6 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu, który w miejsce serwety z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 56 g/m² z otworem przylepnym o średnicy 10cm, rozmiar 45x70cm, posiada serwetę w rozmiarze 45x75cm, z otworem o średnicy 8 cm? Pozostałe zapisy zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Dopuszcza

Pakiet 7 poz. 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była przeznaczona dla celów medycznych (wyrób medyczny), posiadała chłonność wody min. 12g/g (co zostanie potwierdzone kartą danych technicznych dołączoną do oferty) oraz była pakowana w opakowaniu foliowym zapobiegającym zawilgoceniu (co zostanie potwierdzone próbką produktu wysłaną na wezwanie Zamawiającego), co jest zgodne z tym co jest obecnie użytkowane w szpitalu?

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 8 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie powyższej pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie oferty bardziej konkurencyjnej cenowo?

Odpowiedź: Nie dopuszcza, wymogi zgodne z SIWZ

Pakiet 8 poz. 18:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 8x15cm? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszcza, ale pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pakiet 8 poz. 19:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych w op. 25x2 szt z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź: Dopuszcza, ale pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pakiet 9 poz. 1-6:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek nadających się do poddania w procesie sterylizacji?

Odpowiedź: Nie dopuszcza, wymogi zgodne z SIWZ

Pakiet 21 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie i parametrach?

asortyment	ilość	skład	rozmiar
serweta z przylepcem	1	L2	240x150
serweta z przylepcem	1	L2	200x175
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	L2	90x75
taśma medyczna	1		50x9
serweta na stół instrumentarium wzmocniona	1		190x150
serweta na stolik Mayo wzmocniona, złożona teleskopowo	1		145x80
serwetki do rąk	4	celuloza	40x50

L2 – laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 56g/m² na całej powierzchni, chłonność min. 570%.

Odpowiedź: Dopuszcza, ale pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pakiet 21 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie i parametrach?

- 1 taśma op 9x50 cm
- 1 serweta do stołu Mayo, wzmocniona 80x145cm (wzmocnienie serwety 76x85cm) - składana teleskopowo do wewnątrz
- 2 ręczniki do rąk
- 2 przyklejane serwety z łatą chłonną 75-90cm, łata chłonna 37,5x70cm (2-warstwowa, w części krytycznej 3-warstwowa)
- 1 przyklejana serweta średnia 200x170cm, z łatą chłonną 37,5x70cm (2-warstwowa, w części krytycznej 3-warstwowa)
- 1 przyklejana serweta duża 150x240cm z łatą chłonną, łata chłonna 37,5x70 (2-warstwowa, w części krytycznej 3-warstwowa)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 66x190cm)

Materiał serwet głównych

Laminat dwuwarstwowy ; Polietylen + Polipropylen, foliowany, nieprzemakalny, grubość folii 30μ, w części chłonnej trzecia warstwa - polipropylen

Gramatura w części podstawowej min.62g/m²

Gramatura w części chłonnej min. 63g/m² (Łata Chłonna), całość 125 g/m²

Odpowiedź: Dopuszcza, ale pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pakiet 21 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie i parametrach?

- 1 serweta do stołu Mayo, wzmocniona 80x145cm (wzmocnienie serwety 76x85cm) - składana teleskopowo do wewnątrz
- 4 ręczniki do rąk
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 66x190cm)
- Serweta dla noworodka 90x60cm,
- Serweta główna z otworem wypełnionym w całości folią chirurgiczną 35x32cm, zintegrowana z workiem do przechowywania płynów, z możliwością podłączenia ssaka, rozmiar serwety 325x250cm.

Laminat trójwarstwowy (włóknina wiskozowa+folia polipropylenowo-polietylenowa+włóknina polipropylenowa), o gramaturze min. 73 g/m² na całej powierzchni, chłonność min. 820%.

Odpowiedź: Dopuszcza, ale pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pakiet 21 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie i parametrach?

- 1 serweta do stołu Mayo, wzmocniona 80x145cm (wzmocnienie serwety 76x85cm) - składana teleskopowo do wewnątrz
- 4 ręczniki do rąk 50x40cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 66x190cm)
- Taśma op 9x50cm
- Serweta ginekologiczna z samoprzylepnym otworem krocowym 9x11cm, z workiem i zintegrowanym nogawicami, rozmiar serwety 260x240cm.

L3 – laminat trójwarstwowy (włóknina wiskozowa+folia polipropylenowo-polietylenowa+włóknina polipropylenowa), o gramaturze min. 73 g/m² na całej powierzchni, chłonność min. 820%.

Gramatura min.73g/m²

Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny min.100 kPa

Odporność na wypychanie na sucho, obszar krytyczny min.100kPa

Odporność na penetrację płynów (chłonność) min.190 cm H₂O

Odpowiedź: Dopuszcza, ale pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pakiet 21 poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie i parametrach?

- 1 serweta do stołu Mayo, wzmocniona 80x145cm (wzmocnienie serwety 76x85cm) - składana teleskopowo do wewnątrz
- 2 ręczniki do rąk
- 6 taśm op 9x50cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 66x190cm)
- 1 kieszeń na płyny 40x30 cm
- 1 osłona na nogę 37x120cm wykonana z laminatu
- 1 serweta z wycięciem U z łatą chłonną 230x260cm, wycięcie 20x100cm, łata chłonna 80x120cm (3-warstwowa w części dla pacjenta)

- 1 przyklejana serweta duża 150x240cm z łatą chłonną 37,5x70cm, (3-warstwowa w części dla pacjenta)

Materiał serwet głównych

Laminat dwuwarstwowy ; Polietylen + Polipropylen, foliowany, nieprzemakalny, grubość folii 30μ, w części chłonnej trzecia warstwa - polipropylen

Gramatura w części podstawowej min.62g/m²

Gramatura w części chłonnej min. 63g/m² (Łata Chłonna), całość 125 g/m²

Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny > 200 kPa

Odporność na wypychanie na sucho, obszar krytyczny > 200 kPa

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 457 cm H₂O

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 21 poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie i parametrach?

- 1 serweta do stołu Mayo, wzmocniona 80x145cm (wzmocnienie serwety 76x85cm) - składana teleskopowo do wewnątrz
- 4 ręczniki do rąk
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 66x190cm)
- Serweta 90x75cm,
- Kieszeń dwukomorowa 42x35cm,
- Taśma op 9x50cm
- Serweta główna w rozmiarze 260x240cm ze zintegrowanymi nogawicami, z przylepnym otworem w okolicy jamy brzusznej 30x34cm, z przylepnym otworem na krocze 10cmx15cm zabezpieczony klapką

L3 – laminat trójwarstwowy (włóknina wiskozowa+folia polipropylenowo-polietylenowa+włóknina polipropylenowa), o gramaturze min. 73 g/m² na całej powierzchni, chłonność min. 820%.

Gramatura min.73g/m²

Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny min.100 kPa

Odporność na wypychanie na sucho, obszar krytyczny min.100kPa

Odporność na penetrację płynów (chłonność) min.190 cm H₂O

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytania dot. projektu umowy:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od konieczności potwierdzenia otrzymanego zamówienia faksem?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy stawka „0,5%” została zastąpiona stawką „0,1%”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna opisana w § 7 ust. 1 pkt 1 była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet 3, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMMS o rozmiarze S/M, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

Pakiet 3, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMMS, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

Pakiet 3, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMMS o rozmiarze XLL, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8, poz. 1,2,19

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z pakietu 8, co umożliwi złożenie ofert większej ilości

wykonawców i tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność oferty

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca mocującego do drenów donosowych o rozmiarze 2,8 cm x 3,7 cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8, poz. 13-14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca tkaninowego o długości 9, 14 m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

Pakiet 9, poz. 7-10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznej siatki opatrunkowej wykonanej z białej przędzy poliamidowej podwójnie elastycznej teksturowanej i przędzy poliuretanowej o średnich oczkach, nie zawierają optycznych wybielaczy.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania pozostają bez zmian,

Pakiet 9, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznej siatki opatrunkowej na dłoń i stopę o rozmiarze 2,5 – 3,5 cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania pozostają bez zmian,

Pakiet 9, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznej siatki opatrunkowej o rozmiarze 3,5 -4,5 cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.

TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania pozostają bez zmian,

Pakiet 9, poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznej siatki opatrunkowej o rozmiarze 7,0 -9,5 cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.

NIE, Zamawiający nie dopuszcza wymagania pozostają zgodnie z SIWZ

Pakiet 9, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznej siatki opatrunkowej o rozmiarze 13,5 -16,0 cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

Pakiet 11, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasków do łączenia brzegów ran pakowanych po 100 saszetek x 10 pasków z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

Pakiet 11, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasków do łączenia brzegów ran pakowanych po 100 saszetek x 6 pasków z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania pozostają bez zmian,

Pakiet 11, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasków do łączenia brzegów ran pakowanych po 200 saszetek x 6 pasków z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pakiet 20, poz. 2-3

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o gramaturze 12 g/ m2, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o gramaturze 25 g/m2, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania pozostają bez

zmian,

Pakiet nr 1 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 45 x 75 cm o gramaturze 40,2 g/m²?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 1 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety z otworem nielepnyim okrągłym o średnicy 6 cm położonym centralnie?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

Lub

Pakiet nr 1 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety z możliwością regulacji otworu samoprzylepnego? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania pozostają bez zmian,

Pakiet nr 1 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 120 x 150 cm z samoprzylepnym otworem w rozmiarze 7 x 10 cm umieszczonym poprzecznie decentralnie?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza wymagania pozostają zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 1 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osłony ortopedycznej na kończynie 33 x 55 cm wykonana z folii, foliowa taśma samoprzylepna 10x50cm?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza wymagania pozostają zgodnie z SIWZ

Lub

Pakiet nr 1 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osłony ortopedycznej na kończynie 24 x 80 cm z 1 foliową taśmą samoprzylepną 10 cm x 50 cm?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza wymagania pozostają zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 1 poz. 8: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osłony ortopedycznej na kończynę 33 x 110 cm wykonana z folii, 2 foliowe taśmy samoprzylepne 10x50cm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania pozostają bez zmian,

Pakiet nr 1 poz. 9: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osłony na kamerę o wymiarach 13 x 250 cm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania pozostają bez zmian,

Lub

Pakiet nr 1 poz. 9: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osłony na kamerę z pierścieniem o wymiarach 15 x 250 cm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania pozostają bez zmian,

Pakiet nr 1 poz. 10: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii chirurgicznej pokrytej klejem poliakrylowym o powierzchni całkowitej 40 x 42 cm, powierzchni przylepnej 40 x 35 cm?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 1 poz. 11: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii chirurgicznej pokrytej klejem poliakrylowym o powierzchni całkowitej 30 x 27 cm, powierzchni przylepnej 30 x 20 cm, o grubości 50 µm?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

Lub

Pakiet nr 1 poz. 11: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii chirurgicznej pokrytej klejem poliakrylowym o powierzchni całkowitej 45 x 27 cm, powierzchni przylepnej 45 x 20 cm, o grubości 50 µm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania pozostają bez zmian,

Pakiet nr 1 poz. 12: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie taśmy pakowanej typu papier-papier, której opakowanie jednostkowe nie posiada etykiet samoprzylepnych?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania pozostają bez zmian,

Pakiet 14 poz. 1, 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku hydrokoloidowego o dwuwarstwowej budowie składającego się z oddychającego podkładu z folii poliuretanowej i chłonnej matrycy hydrokoloidowej: pasta hydrokoloidowa, warstwa ochronna papier pokryty silikonem?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania pozostają bez zmian,

Pakiet 14 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku hydrożelowego o składzie 70% woda i glikol propylenowy (<20%), roztwór soli sodowej karboksymetylocelulozy (sodium CMC) (<10%)?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania pozostają bez zmian,

Pakiet 21 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki do rak 30 cm x 20 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację

1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery "T" 230/200 cm x 312 cm z otworem

27 cm x 33 cm w obszarze jamy brzusznej

Osobno pakowane 3 uchwyty typu rzep do mocowania przewodów i drenów o wymiarach 2,5 x 20/ 24 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego o gramaturze min. 48 g/m². Zdolność absorpcji cieczy min. 300 % (wg EN ISO 9073-6). Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania pozostają bez zmian,

Pakiet 21 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do operacji ginekologicznych o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm x 50 cm

1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem.

Odporność na przenikanie cieczy >125 cm H₂O, zdolność absorpcji cieczy min. 370 % (wg EN ISO 9073-6)?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania pozostają bez zmian,

Do Pakietu 1:

Poz. 3

1. Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x60cm?

2. Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x75cm?

Odpowiedź:

1 Nie zamawiający nie dopuszcza

2 Tak zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Poz. 4,5

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze min. 62g/m²?

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Poz. 7,8

Czy Zamawiający dopuści osłony na kończynę z jedną taśmą?

Odpowiedź: Nie zamawiający nie dopuszcza

Poz. 11

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarach całkowitych 38cm x 41cm i wymiarach części lepnej 28 cm x 41cm wykonana poliestru o grubości 0,025mm, matowa, antystatyczna, hypoalergiczna, z klejem akrylowym, z systemem bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera - sterylizowane radiacyjnie. Folia, jaką oczekuje Zamawiający została wycofana z produkcji.

Odpowiedź: Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza

Do Pakietu 3:

Poz. 1,2,3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy zgodnie z poniższym opisem:

Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m² w kolorze niebieskim, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka w niebieskim kolorze, z tyłu zapięcie na rzep, rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem, szwy wykonywane metodą ultradźwiękową, opakowanie zewnętrzne fartucha folia-papier, opakowanie wewnętrzne - serweta włókninowa, do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki w rozmiarze ok. 30 x 40 cm, trzy naklejki z nazwą producenta, kodem kreskowym, nr serii, nr katalogowym i datą ważności, zgodność z normą EN-13795 1-3. Rozmiary: M,L, XL, XXL.

Odpowiedź: Nie zamawiający nie dopuszcza

Do Pakietu 10:

1. pozycja 1 – 2 – Czy Zamawiający wymaga sterylnej resorbowalnej oksydowanej regenerowanej celulozy? Rozmiary zgodnie z SIWZ
2. pozycja 1 – 2 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?
3. pozycja 3 – 4 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Odpowiedź:

1. Zamawiający oczekuje sterylną resorbowalną oksydowaną regenerowaną celulozę, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ
2. Tak zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie handlowe a'12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości
3. Tak zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie handlowe a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości

Do Pakietu 11:

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści op. 50 sasz x 10 szt.?

Odpowiedź: Nie zamawiający nie dopuszcza

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści op. 50 sasz x 6 szt.?

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza

Do Pakietu 21:

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny zgodnie z poniższym opisem:

Sterylny, jednorazowego użytku, materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni, nieprzemakalny, osłona Mayo ze wzmocnieniem, opakowanie zewnętrzne typu folia-papier

Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie, gramatura 62g/m², zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 180cm;
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240cm;
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 100cm;
- 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50;
- 4 ręczniki 30 x 40

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Do Pakietu 21:

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny, wzmocniony zgodnie z poniższym opisem:

Sterylny, jednorazowego użytku, materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni (500-600%),

niepylący, nieprzemakalny, osłona Mayo ze wzmocnieniem, opakowanie zewnętrzne typu folia-papier, cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie, gramatura 62g/m², gramatura wzmocnienia 90g/m², zgodność z normą PN-EN 13795.

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;
- 4 ręczniki 30 x 40
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma lepna 6 x 100cm,
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma lepna 6 x 100cm,
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma lepna 6 x 100cm,

Odpowiedź: Nie zamawiający nie dopuszcza

Do Pakietu 21:

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego zgodnie z poniższym opisem:

Sterylny, jednorazowego użytku, materiał trzywarstwowy, chłonny na całej powierzchni, nieprzemakalny, pełnobarierowy, niepylący, osłona Mayo ze wzmocnieniem, opakowanie zewnętrzne typu folia-papier, cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie, gramatura 83g/m², zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;
- 1 serweta do owinięcia noworodka 80 x 80cm;
- 4 ręczniki 30 x 40cm;
- 1 serweta główna 180 x 320cm z otworem 30 x 25cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany prostokątny zbiornik (360 stopni) do przechwytywania płynów wyposażony kształtki (szybownik), 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka
- 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Do Pakietu 21:

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji ginekologicznych zgodnie z poniższym opisem:

Sterylny, jednorazowego użytku, materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni, osłona Mayo ze wzmocnieniem, naniesione oznaczenie kierunku rozkładania, opakowanie zewnętrzne typu folia-papier, cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie, gramatura 62g/m², zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm (warstwa chłonna 76cm x 85cm)
- 2 ręczniki do rąk 30 x 40 cm
- 1 serweta 100 x 100cm
- 1 samoprzylepny uchwyt typu Velcro 2,5 x 15 cm
- 1 serweta ginekologiczna w kształcie litery T 180/255 x 200 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, samoprzylepnym otworem 12 x 25cm oraz zbiornikiem na płyny wyposażonym w separator części stałych od płynnych i zawór do odprowadzania płynów.

Odpowiedź: Nie zamawiający nie dopuszcza

Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do biodra zgodnie z poniższym opisem:

Sterylny, jednorazowego użytku, materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni, osłona Mayo ze wzmocnieniem, opakowanie zewnętrzne typu folia-papier, cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie, gramatura 62 g/m², zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm
- 1 serweta 75 x 90cm
- 1 serweta 150 x 200cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm (warstwa chłonna 76cm x 85cm)
- 4 ręczniki do rąk 30 x 40cm
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką 30 x 120cm
- 2 OP Taśmy 10 x 50cm
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 240cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma lepna 6 x 120cm,
- 1 serweta 200 x 300cm z wycięciem U-kształtnym w rozmiarze 10x100 cm, pad chłonny w rozmiarze 50x100 cm, taśma lepna wokół wycięcia

Odpowiedź: Nie zamawiający nie dopuszcza

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw brzuszno-kroczyowy zgodnie z poniższym opisem:

Sterylny, jednorazowego użytku, materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni, opakowanie zewnętrzne typu folia-papier, cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie, gramatura 62g/m², zgodność z normą PN-EN 13795 1-3

Skład

- serweta o wymiarach 240 x 280cm, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym i nogawicami, wyposażona w otwór w okolicy jamy brzusznej o wym. min. 30 x 30cm wypełniony folią operacyjną, serweta wyposażona także w otwór o wym. 12 x 15cm w części kroczyowej, otoczony taśmą lepą, z zabezpieczeniem w postaci osłony o wym. 20 x 25cm – 1 szt.
- osłona na stolik Mayo o wym. 80 x 145cm, wykonana z foli PE o grubości min. 0,05mm i warstwy chłonnej z wywinięciem umożliwiającym aseptyczne nakrycie stolika – 1 szt.
- taśma lepna włókninowa 9 x 49cm – 1 szt.
- kieszeń dwukomorowa, samoprzylepna ze sztywnikiem o wym. min. 2 x 15 x 40cm – 1 szt.
- całość owinięta w serwetę 150 x 200cm, która służy jako pokrycie stolika instrumentalnego – 1 szt.

Odpowiedź: Nie zamawiający nie dopuszcza

Pakiety 1-22

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od dostarczenia próbek, a w ich miejsce złożenie katalogów/kart technicznych. Opisane wyroby są Zamawiającemu dobrze znane, także spełniają wymagania określone w specyfikacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi

Pakiet 3,10,11

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia 1 sztuki próbek do tej grupy asortymentowej.

Odpowiedź: Nie zamawiający nie dopuszcza

Do Umowy

W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dokona wpisu

Pakiet 4, poz. 1-2

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli

Pakiet 4, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści kompresy z brzegami podwijanym z obu stron?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 4, poz. 4

Czy zamawiający dopuści produkt jałowy, pakowany indywidualnie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 4, poz. 4

Czy zamawiający odstąpi od serwety sklasyfikowanej w klasie IIa reg.7 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 4, poz. 4

Czy zamawiający wydzieli poz.4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 4, poz. 4

Czy zamawiający dopuści wycenę za 1 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 5, poz. 3-5

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1

Czy zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odpowiedź: Nie zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 4, pozycja 6-12

Czy zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odpowiedź: Nie zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 6

Czy zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odpowiedź: Nie zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 1, pozycja 4-5

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 40g/m2 lub 60g/m2?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m2?

Pakiet 1, pozycja 7-8

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę z 1 taśmą w komplecie i drugą pakowaną osobno?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30x80cm?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, pozycja 10-11

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną wykonaną z poliuretanu o grubości 0,03mm?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, pozycja 10-11

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby folia posiadała system bezpiecznej aplikacji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 40x42cm o powierzchni klejącej 40x36cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 55x55cm o powierzchni klejącej 51x55cm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania pozostają bez zmian,

Pakiet 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 28x30cm o powierzchni klejącej 22x30cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3, pozycja 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3, pozycja 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMMMS?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3, pozycja 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający oznaczenie rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania pozostają bez zmian,

Pakiet 3, pozycja 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym – włóknina?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania pozostają bez zmian,

Pakiet 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania pozostają bez zmian,

Pakiet 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwety 6 warstwowe?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania pozostają bez zmian,

Pakiet 4, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści opatrunek sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasa Is?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 4, pozycja 15, 16

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 4, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o chłonności 90g?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 4, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści opatrunek zawierający pulpę celulozową min. 72%?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania pozostają bez zmian,

Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą 45x45 z centralnym otworem o śr. 6cm z rozcięciem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 6, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o określenie do którego brzegu ma być rozcięcie w serwecie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa do którego brzegu ma być rozcięcie w serwecie.

Pakiet 6, pozycja 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu typu folia-papier z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem 2-komorowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą z włókniny foliowanej celulozowo - polietylenowej o gramaturze 42g/m² (owinięcie zestawu) w rozmiarze 50x70cm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania pozostają bez zmian,

Pakiet 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą 50 x 75 z centralnym otworem przylepnym o śr. 6x8 cm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania pozostają bez zmian,

Pakiet 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1. serweta z włókniny foliowanej celulozowo - polietylenowej o gramaturze 42g/m² - owinięcie zestawu w rozmiarze **serweta 50 x 70 cm** - 1 szt.

2. serweta z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 56 g/m², **serweta 50 x 75 cm z centralnym otworem przylepnym o śr. 6x8 cm** - 1 szt.

3. kompresy z gazy 17- N, 8 W - 10 szt.

4. tufery kula, 17- N,

5. strzykawka **3**-częściowa 10ml - 1 szt.

6. strzykawka **3**-częściowa 20ml - 1 szt.

7. igła iniekcyjna 1,2x40mm, 18G - 1 szt.

8. igła iniekcyjna 0,8x40 mm, 21G - 1 szt.

9. ostrze do skalpela nr 11 - 1 szt.

10. **imadło Mayo Hegar 15 cm** - 1 szt.

11. pęseta plastikowa (13cm) - 1 szt. ?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza wyszczególniony skład zestawu, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pakiet 8, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania pozostają bez zmian,

Pakiet 9, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkowa o szerokości 15-35mm w stanie swobodnym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 9, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkowa o szerokości 25-45mm w stanie swobodnym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 9, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkowa o szerokości 40-65mm w stanie swobodnym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 9, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkowa o szerokości 50-95mm w stanie swobodnym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 9, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkowa o szerokości 80-140mm w stanie swobodnym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 20, pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m²?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania pozostają bez zmian,

Pakiet 21, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 30,5x34cm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania pozostają bez zmian,

Pakiet 21, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 30,5x34cm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania pozostają bez zmian,

Pakiet 21, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą samoprzylepną o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm z portami do podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m² ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 21, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą chłonną dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonaną z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m² ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 21, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji ginekologicznych:

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 21, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści Zestaw serwet do operacji ginekologicznych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m².

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

+ serweta na stolik Mayo pakowana osobno

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H₂O. Współczynnik pylenia < 1.3log₁₀. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%. ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 21, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji biodra:

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie

krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m². Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%. ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 21, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji brzuszno-kroczych:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²:

- 1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m². Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Osłona na przewody wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m².

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H₂O. Współczynnik pylenia < 1.3log₁₀. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350% ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 21, pozycja 1-2

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230cm x 300cm, wzmocniona z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3.5cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60

g/m² oraz warstwy chłonnej w strefie krytycznej o gramaturze 80 g/m², dodatkowo zintegrowana z organizatorami przewodów. Łączna gramatura serwety w strefie krytycznej 140 g/m²

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m² ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 22, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta porodowa o wymiarach 114cm x 150cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 60 g/m², w strefie krytycznej wzmocnienie o gramaturze 80 g/m². Rozmiar wzmocnienia w strefie krytycznej 25cm x 50cm, serweta zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy

2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 85 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 50 g/m²

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m² ?V

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 1 dotyczące Pakietu 3 poz. 1-3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMMMS – tj. włókniny typu SMMS posiadających dodatkowo warstwę wewnętrzną Meltblown (M), czyli warstwę filtracyjną, która stanowi barierę przed drobnoustrojami. Fartuch posiadający oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru). Opakowanie wyposażone w dwie odklejane etykiety zawierające m.in. numer katalogowy, LOT, datę ważności produktu oraz dane importera. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 2 dotyczące Pakietu 21 poz. 1-6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody aby na etykietach TAG w miejsce danych producenta znajdowały się dane importera/dostawcy. Informacja o producencie umieszczona na etykiecie głównej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 3 dotyczące Pakietu 21 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu serwet do zabiegów uniwersalnych o poniższym składzie :

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm (owinięcie zestawu)
- 1 osłona na stolik Mayo wzmocniona 80x145cm
- 1 serweta przylepna 170x175cm
- 1 serweta przylepna 150x240cm
- 2 serwety przylepne 75x90cm
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 4 dotyczące Pakietu 21 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m²(łączna gramatura w strefie wzmocnionej 132 g/m²),

1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm (owinięcie zestawu)

1 osłona na stolik Mayo , wzmocniona, 80x145cm

1 serweta przylepna 150x240cm, wzmocniona, bez zintegrowanych organizatorów przewodów, z przylepną taśmą lepnią o wym. 5x90cm (nie dzieloną),

1 serweta przylepna 175x200cm, wzmocniona, z przylepną taśmą o wym. 5x90 cm,

2 serwety przylepne 75x90cm, wzmocnione

1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,

4 ręczniki celulozowe 30x40cm

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 5 dotyczące Pakietu 21 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu serwet do cesarskiego cięcia o poniższym składzie i parametrach :

1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm (owinięcie zestawu)

1 osłona na stolik Mayo wzmocniona 80x145cm – gramatura w strefie wzmocnionej 90 g/m², złożona teleskopowo

1 serweta w kształcie T o wym. 200/250x315cm z przyklepnym oknem całkowicie wypełnionym folią chirurgiczną o wym. 18x28x32cm otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm , 2. zaworami i kształtownikiem,

1 serweta do owinięcia noworodka wykonana z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m² o wym. 90x100cm

1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm

2 ręczniki celulozowe 30x40cm

Serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m², o chłonności min. 300%. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 6 dotyczące Pakietu 21 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu serwet do zabiegów ginekologicznych o poniższym składzie i parametrach

1 serweta główna o wym. 250/290x312cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przyklepnym oknem 9x12 cm, otoczonym wzmocnieniem o wym. 50x140cm

1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm (owinięcie zestawu)

1 osłona na stolik Mayo wzmocniona 80x145cm

przezroczysta serweta przylepna z folii polietylenowej o grubości 0,08mm do zakrycia okolic odbytu - 50x50cm,

1 nieprzylepna serweta pod pośladki 75x90cm,

1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,

2 ręczniki celulozowe 30x40cm

Serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m²(łączna gramatura w strefie wzmocnionej 132 g/m²), odporność na przenikanie cieczy min. 200 H₂O, chłonność w strefie wzmocnionej min. 900 %.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 7 dotyczące Pakietu 21 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu serwet do chirurgii biodra o poniższym składzie i parametrach :

1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o min. wym. 7x95cm, wzmocniona na powierzchni min. 150x160cm

1 serweta przylepna 170x300cm, bez wycięcia U i organizatorów przewodów

1 nieprzylepna serweta 150x150cm,

1 nieprzylepna serweta 75x90cm,

1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm (owinięcie zestawu)

1 osłona na stolik Mayo wzmocniona 80x145cm

1 osłona na kończynę 35x120cm,

2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,

4 ręczniki celulozowe 30x40cm

Serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m²(łączna gramatura w strefie wzmocnionej 132 g/m²), odporność na przenikanie cieczy min. 200 H₂O, chłonność w strefie wzmocnionej min. 900 %.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 8 dotyczące Pakietu 21 poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu brzuszno-kroczonego o poniższym składzie i parametrach :

1 serweta brzuszno-kroczonego o wymiarach 230x260 cm posiadająca zintegrowane nogawice, 2 okna : jama brzuszna - przylepne okno o wym. 19x29 cm otoczone wzmocnieniem na min. powierzchni 60x120 cm i nieprzylepne okno do obłożenia krocza o wymiarach 9x12cm otoczone wzmocnieniem na pow. 50x84 cm oraz 3. uchwyty (typu"rzep") do mocowania kabli i drenów

1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm (owinięcie zestawu)

1 osłona na stolik Mayo wzmocniona 80x145cm

2 ręczniki celulozowe 30x40cm

Serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m²(łączna gramatura w strefie wzmocnionej 132 g/m²), odporność na przenikanie cieczy min. 200 H₂O, chłonność w strefie wzmocnionej min. 900 %.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej
/-/ Grzegorz Bełowski