

Pruszków, dnia 18.11.2020 roku

Nr postępowania: ZP.272.07.2020

Wykonawcy w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiały szewnych i hemostatycznych

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania:

Czy Zamawiający w pak 13 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Stapler skórny 35 zszywek metalowych jednorazowego użytku, sterylne, zakładanych w przezroczystym magazynku ze wskaźnikiem ilości pozostałych zszywek, rozmiar zszywki po zamknięciu 4,7mm x 6,5mm, średnica 0,60mm. Zszywki powlekane teflonem?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej
/-/ Grzegorz Bełłowski