

Pruszków, dnia 15.01.2020 roku

Nr postępowania: ZO.01.2020

Wykonawcy w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: zapytania ofertowego na Dostawę wyrobów jednorazowego użytku

Zamawiający, poniżej przedstawia pytania wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1 dotyczące Pakietu 13 poz. 1,2,3,4, 5,6,8

Zamawiający wymaga spełnienia standardu ASTM D 3577. Jest amerykańska norma stosowana wobec rękawic lateksowych do użytku medycznego na potwierdzenie takich właściwości jak:

- o nieobecność dziur
- o właściwości fizycznych rękawic – długość szerokość i siła zrywania
- o zawartość protein

gdzie w europejskich standardach ma to odzwierciedlenie w normie EN 455 cz.1 – nieobecność dziur, cz.2 – właściwości fizyczne rękawic – długość, szerokość i siła zrywania, cz.3 – zawartość protein. W związku z powyższym, że zamawiający wymaga już zgodności z podstawową normą medyczną EN 455 – 1,2,3,4 wynikającą z ustawy o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC prosimy o odstąpienie od wymogu spełnienia standardu ASTM D 3577 gdyż pokrywa się on ze wspomnianym EN 455 oraz nie jest wymagany na rynku europejskim.

[Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza, jednakże wymaga spełnienia wymagań serii norm europejskich EN 455.](#)

Pytanie nr 2 dotyczące Pakietu 13 poz. 1,2,3,4, 5,6,8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, czy określając parametry dotyczące właściwości fizyczne rękawic tj. grubości, długość oraz siły zrywu i rozciągliwość miał na myśli parametry minimalne

[Odpowiedź. Zamawiający potwierdza określenie parametrów minimalnych](#)

Pytanie nr 3 dotyczące Pakietu 13 poz. 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic ginekologicznych o poziomie protein lateksowych max. 19,62 µg/g, lepszym poziomie AQL wynoszącym 0,65 – potwierdzone raportem z badań producenta, siła zrywu przed starzeniem min. 16,37. Rękawice zgodne z EN 455 1,2,3, EN 374 1 (z wył.pkt.5.3.2)-2-3. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe, opakowanie zewnętrzne – folia. Rękawice dostępne w rozmiarach: S-6.5; M-7.5; L-8.5. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

[Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga](#)

Pytanie nr 4 dotyczące Pakietu 13 poz. 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o długości min. 300 mm. Pragniemy zaznaczyć, iż jest to długość zgodna z wymogami normy EN 455 a oferowane rękawice zakrywają mankiet fartucha, gwarantując bezpieczeństwo użytkowników. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

[Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza](#)

Pytanie nr 5 dotyczące Pakietu 13 poz. 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z niej odrębnej części.

[Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza wydzielenie pakietu](#)

Pytanie nr 6 dotyczące Pakietu 13 poz. 1-8

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy określając wymagane ilości dla w/w pozycji Zamawiający miał na myśli sztuki, czy może pary rękawic.

Odpowiedź. Zamawiający ma na myśli pary rękawic

Pytanie nr 7 Pakiet 13, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści rękawice ginekologiczne z poziomem protein $\leq 21\mu\text{g/g}$, powierzchnią zewnętrzną antypoślizgową, o grubości na dłoni $0,27\pm 0,02\text{ mm}$, sile zrywu przed starzeniem min 29N i w rozmiarach od 6.0 do 9.0, pozostałe wymagania zgodnie z opisem?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie nr 8 Pakiet 13, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści rękawice długości min 290mm?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza

Pytania nr 9 Pakiet 13

Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający miał na myśli, pisząc jednostkę „sztuk”.

W przypadku rękawic chirurgicznych – czy Zamawiający ma na myśli „ilość par”?

Odpowiedź. Zamawiający ma na myśli pary rękawic

Pytanie nr 10 Pakiet 13, poz. 9

Co Zamawiający miał na myśli pisząc 4000szt – czy chodzi o ilość opakowań a'100szt?

W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o dopuszczenie wyceny za 1 szt. rękawicy z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Odpowiedź. Zamawiający ma na myśli ilość szt. par rękawic

Pytanie nr 11 Pakiet 24a

Czy Zamawiający dopuści sterylny laparoskopowy worek do ekstrakcji w rozmiarach: trzon 10 mm 90 mm x 145 mm o pojemności 250ml. Długość ramienia 33 cm. Worek z prowadnicą, mocowany samo-zaciągającą nicią, zsuwany z samo-rozprężalnej obręczy. Posiadający uchwyt nożycowy na dwa palce. Podwójne, wzmocnione dno. Worek pakowany po 5 szt.



Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 12 Pakiet a 24

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worków w rozmiarze 85mmx185mm, pojemności 200ml, bez uchwytu na dwa palce, uwalnianym z plastikowej tulei, do trokara 10mm, z elastyczną samorozprężalną i izolowaną obręczą.

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza

W związku z powyższym zamawiający przedłuża termin składania ofert do 22.01.2020r., natomiast godzina składania pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

/-/ Grzegorz Beblowski