

Pruszków, dnia 26 lutego 2024 r.

Nr postępowania: 13/12/02/2024/LAB

**Do Wykonawców  
biorących udział w postępowaniu**

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1

*Dotyczy: „Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do wykonywania badań morfologii krwi z rozdziałem krwinek białych oraz z możliwością jednoczesnego oznaczenia białka CRP”*

**Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytanie:**

Pytanie 1:

Dotyczy Załącznika nr 2 do Zaproszenia, Tabela nr 1, punkt nr 5:

Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy wyrazi zgodę na zaoferowanie 44-parametrowego analizatora 6-Diff, dla którego ilość pobieranej krwi pełnej niezbędnej do wykonania morfologii CBC+Diff wynosi 25 uL a do wykonania morfologii CBC+Diff+CRP maksymalnie 34 uL?

Wymóg wykonania oznaczenia z minimalnej ilości krwi nie powinien być ograniczany zdolnością aparatu do wykonania badania, lecz minimalną objętością próbki konieczną do pobrania od pacjenta w celu zapewnienia właściwej jakości próbki. Obecnie na rynku najmniejsze probówki pierwotne wymagają minimum 200 ul dla krwi włośniczkowej i 1000 ul dla krwi żyłnej z czego do badania pobierana jest minimalna ilość z podanych objętości krwi. Taka ilość materiału będzie wystarczająca również w przypadku konieczności przeprowadzenia badania powtórnego lub wykonania rozmazu manualnego, w tym u pacjentów pediatrycznych.

**Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.**

Niniejszy dokument stanowi integralną część zamówienia i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.